

INSTRUCCIONES DE USO DEL SUBSISTEMA SS-100 PARA ENTREGA DIRECTA A PACIENTE.

CUANDO RECIBA EL SUBSISTEMA

1. Abra la caja de producto y las tapas de la funda metalizada, y sólo retire los 2 geles refrigerantes que se encuentran adentro. No retirar la funda metalizada de la caja.



2. Cierre nuevamente la caja con el producto. Coloque la caja y, por separado, 1 gel en la heladera, y el gel restante colocarlo en freezer hasta que se encuentre totalmente rígido.



LOS GELES SE DEBEN MANTENER AL MENOS 6 HORAS EN HELADERA ANTES DE SU USO.

CUANDO ENTREGUE EL SUBSISTEMA

3. Al momento de realizar una entrega de productos, retire un gel del freezer y déjelo a temperatura ambiente por 15 minutos.

4. Luego de transcurridos los 15 minutos, retire la caja de producto y un gel de la heladera. Abra la caja y la funda, y coloque el gel retirado de la heladera directamente sobre el producto.



5. A continuación, coloque el gel congelado sobre el gel colocado previamente.



6. Cierre la funda y la caja.

